

ANEXO I
LISTA DE ITENS
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS-DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA
Convênio MS Nº 918926/2021
Nº 007/2022

Lote 01					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	03	UND	<p><u>RAMPA PARA ALONGAMENTO</u></p> <p>RAMPA COM FORMATO DE CUNHA, CONSTRUÍDA EM MADEIRA MARFIM OU SIMILAR COM BASE E PISO REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXB): 20 X 30 X 40CM.</p>		
02	02	UND	<p><u>ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO</u></p> <p>Estrutura em madeira, dimensões mínimas: comprimento 138 cm, largura 9 cm, profundidade 3 cm.</p>		
03	03	UND	<p><u>APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO</u></p> <p>Aparelho infravermelho para fisioterapia; Modelo: Infravermelho de Mesa; Material: Aço; Lâmpada: Potência: 150w Frequência: 60Hz; Dimensões: 17,5 x 18,5 x 34,5cm (C x L x A); Peso: Aproximadamente 2Kg. Garantia mínima de 12 meses.</p>		
04	02	UND	<p><u>ESTEIRA ERGOMÉTRICA</u></p> <p>Esteira ergométrica para exercícios de reabilitação física. Motor de no mínimo 2,0 HP. Inclinação manual. Velocidade mínima: 12 km/h. Sensor de batimento cardíaco hand grip. Lona com medidas aproximadas de: 120 x 38 cm. Monitor de LCD. Mínimo de 3 programas automáticos de velocidade e inclinação. Funções do painel: tempo, distância, velocidade, calorias e batimento cardíaco. Peso suportado: 100 kg. ESPECIFICAR: SIM</p>		


Ayse Xavier Carrera
 Presidente da Associação
 Pestalozzi de Mimoso do Sul - ES



05	03	UND	<u>APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL</u> para reabilitação física, com as seguintes características: utilizado para terapia de disfunções neuromusculares ortopédica e reumatológica através da corrente interferencial; modo de estimulação interferencial: bipolar (pré-modulada) e tetrapolar com exploração manual e automática do vetor; frequência portadora em 2000 Hz, 4000 Hz ou 8000 Hz; acompanha bolsa para transporte; bivolt 127 e 220 volts 60 Hertz; dois canais de saída com controle independentes em amplitude; com registro na ANVISA; acessórios: 2 pares de eletrodos de borracha de silicone 50 x 50 mm, 2 pares de eletrodos de borracha de silicone 30 x 50 mm, 2 cabos de conexão ao paciente (verde: canal 1, azul: canal 2), 1 cabo de força destacável, 1 tubo de gel, 1 fusível de proteção sobressalente e 1 manual de instruções. Com garantia de 12 meses.		
06	02	UND	<u>TÁBUA DE PROPRIOCEPÇÃO</u> Material: Madeira piso sintético antiderrapante base em EVA Dimensão: 60cm x 40cm x 10cm (C x L x A).		


Aylse Xavier Carrera
Presidente da Associação
Pestalozzi de Mimoso do Sul - ES