



ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI
MIMOSO DO SUL

ANEXO I
LISTA DE ITENS
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS-DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA
Convênio MS Nº 918926/2021
Nº 010/2022

Lote 01					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	01	UND	<p><u>SIMETRÓGRAFO PORTÁTIL</u></p> <p>1 - Objetivo: 1.1 - Utilizado para avaliação física; 2 - Normalização/certificação: 2.1 - Certificação do Inmetro; 3 - Características: 3.1 - Deve ser em formato retangular com dois pés de apoio; 3.2 – Vazado, possibilitando tirar fotos sem reflexos; 3.3 – Estrutura tubular retangular leve; 3.4 – Possuir linhas flexíveis horizontais e verticais; 3.5 – Possuir demarcações flexíveis e vazadas de aproximadamente 10cm²; 3.6 – Possuir números na parte superior e letras na parte lateral para facilitar as avaliações; 3.7 – Possuir estrutura dobrável; 3.8 – Acompanhar plataforma niveladora de pés; 4 - Dimensões: 4.1 – Altura aproximada quando aberto de 2000mm; 4.2 - Largura aproximada de 1000mm; 4.3 – Altura aproximada quando dobrado de 1000mm; 4.4 - Peso aproximado de 6kg; 5 - Acabamento: confeccionado em alumínio com pintura eletrostática branca. 6 – Garantia mínima: - 12 meses.</p>		


Ayse Xavier Carrera
Presidente da Associação
Pestalozzi de Mimoso do Sul - ES


02	06	UND	<p><u>APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS</u></p> <p>Para eletroterapia de alta frequência, sendo considerado coerente com os tipos de frequências e comprimentos de ondas. Possui 2 formas de aplicação: contínuo e pulsado, podendo ser utilizado em distensões, entorses, contusão e fraturas diversas. A base de ondas curtas (OC) é do tipo gabinete; com frequência de operação de 27,12 MHz; largura de pulso: 0.4 ms; frequência dos pulsos de 45, 75, 85, 115, 145, 175, 200, 230, 300, 400 Hz; temporizador de 10 a 30 minutos; alimentação bivolt; consumo máximo de 370 VA; dimensões: 49 x 74 x 30 cm (l x a x p); peso bruto: 33 kg, de acordo com a NBR IEC 61.1:1988.</p>		
03	10	UND	<p><u>EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS</u></p> <p>Exercitador musculatura, tipo dedos, plástico resistente, intensidade média (5lbs), características adicionais 4 teclas apoio, molas ligadas ao lado oposto, tipo encaixe de metal e borracha p/apoio do polegar.</p>		
04	04	UND	<p><u>TENS E FES</u></p> <p>Aparelho de quatro canais de aplicação com ajuste de intensidade independente via eletrodos utilizado nas terapias por correntes TENS, FES. Com display gráfico com identificação de protocolos e programações.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programação via teclado • Visor frontal de cristal líquido • Timer ajustável de 1 à 60 minutos com bip sonoro para sinalizar o término da terapia. Quatro canais de saída com controle independente de intensidade cada <p>Registro na ANVISA. Garantia de 01 (um) ano. Manual operacional em português, instalação, alimentação elétrica bivolt.</p>		
05	04	UND	<p><u>ESTIMULADOR NEURO-MUSCULAR</u></p> <p>Equipamento digital, microprocessado com no mínimo 2 canais. Deve oferecer no mínimo as correntes TENS, FES, Corrente Russa. Deve possuir sistema de segurança para emissão das correntes no paciente e memória de dados. Deve acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: no mínimo 02 cabos para aplicação, cabo de força, no mínimo 04 eletrodos de borracha. BIVOLT. ESPECIFICAR: SIM</p>		


Aylse Xavier Carrera
 Presidente da Associação
 Pestalozzi de Mimoso do Sul - ES



ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI
MIMOSO DO SUL

06	02	UND	<u>CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA PROFISSIONAL</u> Tipo JUMP, com 36 molas e estrutura tubular em aço carbono, com pintura epóxi. Parte superior em nylon reforçado com molas para movimento de balanço. Proteção lateral em courvin. 06 pés soldados com ponteiros de borracha antiderrapante. Aro de reforço lateral. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg. Dimensões mínimas aproximadas: 98 cm de diâmetro. Registro na ANVISA.		
----	----	-----	--	--	--


Aylse Xavier Carrera
Presidente da Associação
Pestalozzi de Mimoso do Sul - ES