

- Registro na ANVISA, quando aplicável;
- Assistência técnica autorizada no território nacional.

O equipamento ofertado deverá ser novo, sem uso, em linha de fabricação e atender integralmente às normas técnicas e regulamentações vigentes do Ministério da Saúde e da ANVISA.

TOTAL LOTE 01


LOTE 02

| ITEM | QTD | UND | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNT | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----|---------|--|--------------|----------------|
| 02 | 24 | UN D | <p>Item: Estante Código: 001921 Natureza da Despesa: 44905242 – Mobiliário em Geral Unidade de Fornecimento: UN</p> <p>Especificação Técnica Estante confeccionada em aço ou ferro pintado, destinada ao armazenamento e organização de materiais diversos, com estrutura reforçada e resistente.</p> <p>O item deverá possuir, no mínimo, as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrutura fabricada em aço ou ferro pintado; • Pintura anticorrosiva e acabamento resistente; • Possuir reforço estrutural; • Capacidade de carga das prateleiras entre 101 kg e 200 kg; • Prateleiras resistentes e adequadas para armazenamento de materiais; • Estrutura estável, firme e de alta durabilidade; • Acabamento sem arestas cortantes; • Produto novo, sem uso e em perfeitas condições de funcionamento. <p>O produto deverá atender às normas técnicas vigentes de qualidade e segurança aplicáveis ao item.</p> | | |
| TOTAL LOTE 02 | | | | | |

Ayşe Xavier Carrera
Ayşe Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul

ANEXO I
LISTA DE ITENS
EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS-DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA
Nº 001/2026 CER III - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI MIMOSO DO SUL
CONVÊNIO: 967351

| LOTE 01 | | | | VALOR UNT | VALOR TOTAL |
|---------|-----|-----|--|-----------|-------------|
| ITEM | QTD | UND | ESPECIFICAÇÃO | | |
| 01 | 01 | UN | <p>001966-Imitanciômetro</p> <p>D Equipamento destinado à realização de exames de imitanciometria/impedanciometria clínica, devendo atender pacientes adultos, pediátricos e recém-nascidos.</p> <p>O equipamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operação nos modos manual e automático; • Realização de testes de timpanometria e pesquisa de reflexos acústicos ipsilaterais e contralaterais; • Capacidade de determinação do limiar de aparecimento dos reflexos acústicos; • Equipamento multifrequencial; • Realização de Teste de Função Tubária; • Faixa de pressão aproximada de ± 200 daPa ou superior; • Realização do teste Tone Decay (prova de fadiga auditiva); • Frequências mínimas para pesquisa/reflexos: 1.000 Hz, 2.000 Hz e 8.000 Hz; • Display em LCD ou tecnologia superior para visualização dos exames e parâmetros; • Sistema de armazenamento de dados/exames; • Impressora integrada ou compatível para emissão de relatórios e resultados dos exames; • Interface de fácil operação, com software em português ou compatível com operação técnica nacional; • Alimentação elétrica compatível com a rede elétrica nacional (127/220V – bivolt automático ou conforme padrão do fabricante). <p>O equipamento deverá ser entregue com todos os acessórios, cabos, sondas, olivas, adaptadores, fontes de alimentação, papel para impressão e demais itens necessários ao perfeito funcionamento e realização dos exames.</p> <p>Deverão estar inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual de operação em português; • Certificado de garantia mínima de 12 (doze) meses; | | |


Aylse Xavier Carrera
 Presidente

Associação Pestalozzi
 de Mimoso do Sul